

Zarząd Novamed Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe z prośbą o przedstawienie ofert handlowych na zakup jednej sztuki gastrokopu oraz jednej sztuki kolonoskopu o parametrach jak poniżej:

**Dane techniczne:**

- Gastrokop : głębia ostrości 3-100 mm, pole obserwacji 140st., śr. wziernika 8,5mm, śr. końcówki 8,5mm, śr. kanału biopsyjnego 2,8mm, kąty zagięcia G/D 210/90 stopni, P/L 100/100 stopni, dł. robocza 1100mm.
- Kolonoskop : Super CCD, głębia ostrości 3-100 mm, śr. wziernika 12,8 mm, śr. końcówki 12,8 mm, śr. kanału biopsyjnego 3,8mm, kąty zagięcia G/D 180o/180o, P/L 160o/160o, dł. robocza 1520, aplikacja do systemu FICE.

Termin składania ofert do dnia dzień 15.03.2016 r. do godziny 15.00. Oferta powinna być wysłana drogą elektroniczną na adres: novamed@novamed.pol.pl. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

**Osobą do kontaktu w tej sprawie jest:**

Piotr Białowicz

Nr telefonu osób upoważnionych do kontaktu w sprawie ogłoszenia +48605822105

**Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:**

- Liczba punktów w kryterium „cena za całkowite wykonanie przedmiotu zamówienia” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:  $P_i = (C_{min} / C_n \times 100\%) \times 100$

**Podane wartości oznaczają:**

- $P_i$  - liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „cena”.
- $C_{min}$  - najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów.
- $C_n$  - cena całkowita badanej oferty.

Wartości punktów uzyskanych ze wzoru stanowią wynik osiągnięty przez danego oferenta. Porównanie ofert następuje w drodze zestawienia uzyskanych wyników przez poszczególnych oferentów oraz wybór najkorzystniejszej.

Porównanie ofert następuje w drodze zestawienia uzyskanych wyników przez poszczególnych oferentów oraz wybór najkorzystniejszej.

Z poważaniem

Piotr Białowicz

Prezes Zarządu Novamed Sp. z o.o.